



ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG - AQUITAINE - LIMOUSIN
PLACE AMÉLIE RABA-LÉON - CS 21010 - 33075 BORDEAUX CEDEX
TÉL. 05 56 90 83 83 - FAX 05 56 90 83 84
N° SIRET : 428 822 852 00029 - Code APE : 854 L

ORDONNANCIER

Analyses Immuno-Hématologiques

TÉLÉPHONES ET TÉLÉCOPIES DES SITES DU LABORATOIRE D'IMMUNO-HÉMATOLOGIE DE L'EFSAQLI

| | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Site d'AGEN | 05 53 77 03 43 | FAX : 05 53 77 03 44 |
| Site de BAYONNE | 05 59 44 36 84 | FAX : 05 59 44 36 88 |
| Site de BORDEAUX | 05 56 90 83 65 | FAX : 05 56 90 83 61 |
| Site de DAX | 05 58 91 48 30 | FAX : 05 58 91 48 84 |
| Site de GUERET | 05 55 52 08 22 | FAX : 05 55 52 85 26 |
| Site de HAUT-LEVEQUE | 05 57 65 65 82 | FAX : 05 57 65 60 41 |
| Site de LIMOGES | 05 55 50 78 40 | FAX : 05 55 50 78 58 |
| Site de MONT-DE-MARSAN | 05 58 06 50 42 | FAX : 05 58 06 50 43 |
| Site de PAU | 05 59 72 67 86 | FAX : 05 59 72 67 10 |
| Site de PERIGUEUX | 05 53 45 52 45 | FAX : 05 53 45 52 46 |
| Site de SAINT-ANDRE (ouvert de 8h à 20h) | 05 56 79 56 79 - (poste 43390 et fax 43397) | |

NOTE À L'INTENTION DES UTILISATEURS

La VERIFICATION DIRECTE de l'identité du patient doit être réalisée par la personne effectuant le prélèvement. Elle doit se faire en interrogeant directement l'intéressé et non pas seulement en se fiant à une pièce d'identité du dossier. Apposer une étiquette sur chaque exemplaire. ATTENTION aux libellés d'étiquettes incomplets ou tronqués.

Les deux déterminations de groupages RH-KEL1 (RhD) et de phénotype RH-KEL1 (RhK) nécessaires pour une transfusion doivent être réalisées sur deux actes de prélèvement différents, effectués si possible par deux préleveurs différents.

Le délai habituel de validité de la RAI à compter de l'heure du prélèvement est de trois jours (72 heures). Sur indication formelle du prescripteur ou dans le cadre d'un protocole transfusionnel préétabli, en l'absence d'antécédents transfusionnels ou d'autres épisodes immunisants (grossesse, greffe,...) dans les six mois précédents, le délai de validité d'une RAI négative peut être porté à vingt et un jours.

La durée de validité d'une épreuve de compatibilité à compter de l'heure du prélèvement est de trois jours (72 heures).

Tous les renseignements utiles concernant les prélèvements et les analyses réalisées par notre laboratoire figurent dans le manuel de prélèvement et de présentation de notre laboratoire.

